

Số: /BV- KD
V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế

Vị Xuyên, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Tên đơn vị : Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Lâm Thị Uyên

Chức vụ: Phụ trách khoa Dược, VT- TBYT.

Số điện thoại: 0819.505.989

Địa chỉ email: khoaduocbvphcnhg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang, thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

- Hoặc qua email: khoaduocbvphcnhg@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế

((mô tả cụ thể tại phụ lục đính kèm))

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại khoa vật lý trị liệu- phục hồi chức năng- y học cổ truyền của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi ký (có giấy bảo lãnh tạm ứng), thanh toán sau khi bàn giao nghiệm thu và có đầy đủ các giấy tờ liên quan trong vòng 30 ngày làm việc.

5. Các thông tin khác:

- Thiết bị đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau.
- Đảm bảo thiết bị y tế có đầy đủ chứng từ chứng minh là thiết bị y tế được phép lưu hành tại Việt Nam.

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website SYT, website BV;
- BGD;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hải Yến

Phụ lục 01: Danh mục thiết bị y tế kèm yêu cầu báo giá

STT	Tên thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điều trị điện xung giác hút	<p>I. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. - Chất lượng mới 100%, năm sản xuất 2023 trở về sau. <p>II. Cấu hình 01 máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Module giác hút: 01 cái - Cáp điện xung: 02 cái - Cáp và cực dạng cốc hút: 02 bộ - Xe đẩy máy đồng bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ <p>III. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình hiển thị: màu cảm ứng 4,3 inch - Số kênh điện trị liệu: 2 kênh - Số kênh giác hút: 02 kênh - Các dạng sóng cơ bản: Galvanic, dòng diadynamic, Träbert, Faradic, neofaradic, TENS, NPHV, sequences, 2-pole IF, 4-pole IF, Xung hàm mũ, xung hàm mũ tăng, xung hình chữ nhật, kích thích kiểu Nga, xung kích thích, xung hình thang, xung tam giác, xung kết hợp. - Thời gian điều trị: 0 đến 100 phút. - Phân cực đầu ra có thể lựa chọn đảo chiều. <p>Thông số giác hút</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chế độ: Liên tục và xung - Tần số xung: 5, 10, 15, 20 xung / phút - Cường độ hút: 7 	02	Máy

STT	Tên thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
2	Máy kéo giãn cột sống	<p>I. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. - Chất lượng mới 100%, năm sản xuất 2023 trở về sau. <p>II. Yêu cầu cấu hình cung cấp 01 máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy kéo chính: 01 cái - Giường kéo giãn nâng hạ điện: 01 cái - Bộ chuyển đổi kéo tư thế ngồi: 01 chiếc - Bộ ngắt mạch khẩn cấp cho bệnh nhân: 01 bộ - Bộ đai kéo giãn: 01 bộ - Ghế điều chỉnh độ cao: 01 cái - Bộ vít cố định máy: 1 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ <p>III. Yêu cầu thông số kỹ thuật:</p> <p>a. Thông số máy chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình hiển thị loại cảm ứng màu rộng 5.7". - Ngôn ngữ giao tiếp: có Tiếng Việt hỗ trợ người dùng.... - Công suất đầu ra: tối đa 90W liên tục - Lực kéo: 0 – 100 Kg - Thời gian điều trị: 1:00 – 99:59 phút: giây - Thời gian giữ / thời gian nghỉ: 1 – 999 giây - Tốc độ kéo: 10-100% (100% tương ứng 12kg/s) - Chế độ hoạt động: Tĩnh, ngắt đoạn, chuỗi - Có chương trình warm up với 4 chế độ: tuyến tính, bậc thang, tam giác, chữ nhật - Có chương trình cool down với 3 chế độ: tuyến tính, bậc thang, tam giác - Các tư thế kéo lưng: nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng 	01	Máy

		<p>b. Thông số giường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có lỗ trống phần tựa đầu - Có độ cao điều chỉnh bằng điện - Giường thiết kế 3 khúc thuận tiện cho việc kéo cổ, lưng - Khoảng cách điều chỉnh độ cao: 420 – 950 mm - Độ dịch chuyển độ nghiêng phần đầu: +55°/-30° - Lựa tải: 170 kg 		
3	Thiết bị phục hồi chức năng liệt nửa người	<p>I. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, năm sản xuất 2023 trở về sau. <p>II. Yêu cầu cấu hình cung cấp 01 máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung chính: 01 cái - Bộ phụ kiện đi kèm: 01 bộ <p>III. Yêu cầu thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng cho bệnh nhân liệt nửa người, để cải thiện sức mạnh cơ bắp tay và chân. - Khoảng cách ròng rọc tối đa: 35cm - Khả năng chịu tải của ròng rọc: 50kg 	01	Cái

Mẫu Báo giá**MẪU BÁO GIÁ***(Kèm theo Công văn số /BV-KD ngày /05/2024 của Bệnh viện PHCN)*

Công ty:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Email:.....

Mã số thuế:.....

BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ*Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang*

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang, Chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế:

STT	Tên thiết bị y tế	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật/ chủng loại, mã hiệu, model	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Năm sản xuất	Số đăng ký lưu hành/ GPNK	Phân loại TBYT theo NB 98	Đơn giá (VND)	Thông tin đã trúng thầu	
									Đơn giá trúng thầu	Số Quyết định, ngày tháng năm, nơi trúng thầu

1	Máy điều trị điện xung giác hút	Máy								
2	Máy kéo giãn cột sống	Máy								
3	Thiết bị phục hồi chức năng liệt nửa người	Cái								

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngày... .tháng... ..năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))